

**INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL DMY-2030 *Light***

---

**Versão Especial - Entrada de -500 a 500Vdc**

Solicitante Responsável: \_\_\_\_\_

Depto.: \_\_\_\_\_

As informações contidas nesta folha têm prioridade sobre aquelas do manual técnico do instrumento.

**COMPORTAMENTO:**

A faixa de sinal de 0 a 10Vdc (bornes 4 e 6) foi substituída pela faixa de -500 a 500Vdc.

No manual que acompanha o instrumento, tudo que se referir a 0 a 10Vdc entenda como -500 a 500Vdc. Eng.Low refere-se a 0Vdc e Eng. High refere-se a 500Vdc.

A calibração desta entrada deve ser feita com referências de 0Vdc, 100Vdc, 200Vdc, 300Vdc, 400Vdc e 500Vdc.