



T-500PIR

Calibrador para Termômetros Infravermelho

- Gera temperaturas de ambiente a 500 °C.
- Muda e estabiliza rapidamente os setpoints de temperatura.
- Alvo apresenta superfície com elevada homogeneidade.

Código de Encomenda	T-500PIR
Alimentação Elétrica	1 - 110 Vca 2 - 220 Vca
Probe de Referência	0 - Não utiliza 1 - Termopar Tipo "N" 2 - Sensor Pt-100 - Secundário

Especificações Técnicas	T-500PIR
Faixa de Operação	de ambiente a 500 °C
Exatidão do display:	± (0,4 °C + 0,1% da leitura)
Resolução:	± 0,01 °C
Estabilidade:	± 0,2 °C
Tamanho do Alvo:	80 mm
Emissividade do Alvo (ε):	0,95 ± 0,01
Tempo de Aquecimento:	30 min (50 °C a 500 °C)

Uniformidade do Alvo:	± 0,50 °C
Tempo de Resfriamento:	30 min (500 °C a 100 °C)
Peso:	5,2 kg
Potência Elétrica:	1000 W
Unidades / Escalas de Temperatura:	°C ou °F / ITS-90 ou IPTS-68, selecionável pelo usuário
Display:	Vácuo Fluorescente gráfico com ajuste de contraste
Dimensões: (AxLxP)	260 x 180 x 270 mm
Garantia:	Um ano

Especificações das Entradas Elétricas			
Ranges de Entrada	Resolução	Exatidão	
milivolt	-150 a 150 mV	0,001 mV	± 0,01 % FS
	150 a 2450 mV	0,01 mV	± 0,02 % FS
mA	-5 a 24,5 mA	0,0001 mA	± 0,02 % FS
resistência	0 a 400 Ω	0,01 Ω	± 0,01 % FS
	400 a 2500 Ω	0,01 Ω	± 0,03 % FS
Pt-100	-200 a 850 °C	0,1 °C	± 0,1 °C
Pt-1000	-200 a 400 °C	0,1 °C	± 0,1 °C
Cu-10	-200 a 260 °C	0,1 °C	± 2,0 °C
Ni-100	-60 a 250 °C	0,1 °C	± 0,2 °C
TC-J	-210 a 1200 °C	0,1 °C	± 0,2 °C

	Ranges de Entrada	Resolução	Exatidão
TC-K	-270 a -150 °C	0,1 °C	± 0,5 °C
	-150 a 1370 °C	0,1 °C	± 0,2 °C
TC-T	-260 a -200 °C	0,1 °C	± 0,6 °C
	-200 a -75 °C	0,1 °C	± 0,4 °C
TC-E	-75 a 400 °C	0,1 °C	± 0,2 °C
	-270 a -150 °C	0,1 °C	± 0,3 °C
TC-N	-150 a 1000 °C	0,1 °C	± 0,1 °C
	-260 a -200 °C	0,1 °C	± 1,0 °C
TC-L	-200 a -20 °C	0,1 °C	± 0,4 °C
	-20 a 1300 °C	0,1 °C	± 0,2 °C
	-200 a 900 °C	0,1 °C	± 0,2 °C

Os valores de exatidão abrangem período de um ano e faixa de temperatura entre 20 e 26 °C. Fora desta faixa, a estabilidade térmica é de 0,001 % FS / °C, com referência a 23 °C. Para termopar com compensação de junta fria interna, deve-se considerar o erro de compensação dessa junta de até ± 0,2 °C.

Acompanham o calibrador: Bolsa (cód. 06.01.1016-00), Cabos de medição (cód. 06.07.0018-00), Manual técnico (QRcode), Cabo de alimentação (cód. 01.14.0086-00).

Opcionais: Adaptador Probe (cód. 06.07.0017-00).